

校准证书  
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: [2019DW04400571]  
Certificate No.

委托方名称 Customer 中广核太阳能德令哈有限公司  
委托方地址 Address 青海省海西州德令哈市西出口315国道以北  
样品名称 Name Of Sample 超低频耐压装置  
制造厂商 Manufacturer 武汉国电华美电气设备有限公司  
型号规格 Model/Type HMCOP-50kV/1.1  
器具编号 No Of Sample 1911086

证书专用章  
Stamp



校准日期 Calibration date 2019 年 12 月 12 日  
Y M D

证书批准人 Approved by 耿睿  
核验员 Checked by 李亮波  
校准员 Calibrated by 董华宇

本次校准所使用的测量装置均溯源至保存在中国计量科学研究院的国家计量基准。中国计量科学研究院于1999年代表中国签署了国际间“国家计量基准及国家计量研究院出具的校准和测量证书相互承认协议”。

The measuring equipment used in the calibration is traceable to national primary standards maintained in National Institute of Metrology (NIM). NIM is the signatory to the Mutual Recognition Arrangement (MRA) for national measurement standards and for calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes.



● 本院是政府计量行政管理部门依法设立的法定计量检定机构

This laboratory is a legal metrological verification institution established by the government metrological administrative department according to law.

● 本院质量管理体系符合ISO/IEC17025标准的要求。

The quality management system for laboratory complies with ISO/IEC 17025 standards.

● 本次校准的技术依据 (名称、代号)

Reference documents for the Calibration (Name、Code)

参照: HJ/QC 24002-2015 直流高压发生器校准方法

● 本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standards of measurement used in the Calibration

设备名称

Name of Equipment

数字高压表

型号/编号

Model/Serial No.

FRC-150M/11090603

证书号/有效期

Certificate No./Due Date

2019DW02330021/2020-01-02

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 20.1°C

Temperature

气压: ——

Pressure

相对湿度: 50 %

R.H.

地点: 光谷基地B132

Place

其它: ——

Others

原始记录编号: 2019DW04400571

Record No.

本校准结论, 仅对受校样品的本次校准有效。

It's Effect That Results of This Report Relate Only To The Sample(s) Calibrated.

未经本院许可, 不得部分复制本证书。

## 校准数据/结果

Data/Results of Calibration

高压测量		
显示值 (kV)	实测标准值 (kV)	测量不确定度: $U_{rel}, k=2$
5.3	5.10	2%
10.2	9.42	2%
20.9	19.6	2%
30.2	28.4	2%
40.0	37.2	2%
46.2	43.1	2%

以下空白



